

Numer referencyjny: SOZ.272.1.2022

Busko-Zdrój, dnia 29.04.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekujących, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnych rękawiczek nitrylowych diagnostycznych bezpyłowych o poniżej podanych parametrach:

rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpyłowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowane min. na końcach palców, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubość pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,08mm, mankiet 0,06mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. AQL 1,0 oznaczony na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Zgodne z aktualnymi normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5 i EN 16523-1 posiadające Deklarację zgodności UE i certyfikat z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony wg. normy EN ISO 374-1 & EN 16523-1 posiadające certyfikat z jednostki notyfikowanej. W zamian za parametr odporności na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony proponujemy rękawice spełniające parametr: odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 zgodnie z EN 16523-1 posiadające raport z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej od producenta. Rozmiar S, M, L pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rękawice.

Pytanie 2:

Podana ilość sztuk rękawic nie jest podzielna przez 100 lub 200 szt. Czy przy sporządzaniu wyceny Wykonawca powinien zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednej niepełnej paczki według poniższych wariantów:

Numer referencyjny: SOZ.272.1.2022

- 1) Paczki po 100 szt: 4477 pełnych paczek + jedna niepełna paczka: 50 szt
- 2) Paczki po 200 szt: 2238 pełnych paczek + jedna niepełna paczka: 150 szt

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, iż przesuwam termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 06.05.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **04.06.2022 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **06.05.2022 r. do godz. 10:00.**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.05.2022 o godzinie 12:00.**

S T A R O S T A
JERZY KOLARZ

